



UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego na Dostawę, instalację i uruchomienie wyposażenia multimedialnego studiów S2-003-studio akustyki, znak sprawy ZP-27/12/2015/272/W/TL

Pytania

Jaki dokładnie typ miksera podlega rozbudowie?

W jakim urządzeniu (części miksera) ma być osadzony i zintegrowany dostarczany moduł (co implikuje jaki rodzaj modułu będzie odpowiadał potrzebom zamawiającego)? Jakie wyposażenie modułu jest wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedzi

Karta będzie zainstalowana w systemie pracującym z konsolą Cantus w jednostce bazowej BD1.

Ma to być karta MAD1 ze złączami LC oraz BNC bez konwersji częstotliwości próbkowania.

Obecnie zainstalowane w jednostce BD1 3 karty ADAT, powinny być skonfigurowane, tak, aby istniała możliwość przełożenia do jednostki BD2.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla Wykonawców.

KANCLERZ


mgr Magdalena Giedrojc-Juraha